



Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ



ФГУ "Российский центр испытаний и сертификации - Москва"



9-я Международная специализированная выставка "Аналитика Экспо-2011" (A-TESTex)

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о присвоении Знака качества

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ  
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ



Средство измерений

*Дозатор лабораторный механический  
одноканальный переменного объема Acura manual 825  
производства*

*Socorex Isba S.A., Швейцария,  
дистрибьютор ЗАО "Даниес", г. Москва*

аттестовано на Знак качества  
по результатам экспертной оценки  
функциональных и метрологических характеристик,  
приведенных в приложении к настоящему Свидетельству

Председатель Конкурсной комиссии,  
Генеральный директор ФГУ "Ростест - Москва"

В.Н. Бас



Регистровый №: 02-31-011  
Дата выдачи: 26 апреля 2011 г.

Действительно до 25 апреля 2013 г.

РОСТЕСТ МОСКВА

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о присвоении Знака качества  
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ  
В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ



Средство измерений

Дозатор лабораторный механический  
одноканальный переменного объема  
Acura manual 825

производства

Socorex Isba S.A., Швейцария,  
дистрибьютор ЗАО "Даниес", г. Москва  
**аттестовано на Знак качества**  
в номинации "Лабораторное оборудование"

на основании экспертной оценки следующих  
функциональных и метрологических характеристик:

- Автоклавирование при 121°C в полностью собранном виде
- Простая и высокоточная система пользовательской калибровки Swift-set
- Запатентованная система сброса наконечников Justip
- Наличие функции измерения неизвестного объема
- Точная и быстрая настройка благодаря встроенной микрометрической системе

Руководитель Экспертной группы,  
Заместитель Генерального директора  
ФГУ "Ростест - Москва"

А.С. Евдокимов

Эксперт

В.П. Пружина



РОСТЕСТ МОСКВА

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31