

т о ч н о с т ь р о ж д а е т к а ч е с т в о т о ч н о с т ь р о ж д а е т к а ч е с т в о т о ч н о с т ь р о ж д а е т к а ч е с т в о т о ч н о с т ь р о ж д а е т к а ч е с т в о т о ч н о с т ь р о ж д а е т к а ч е с т в о

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии РФ

ФГУ "Российский центр испытаний и сертификации - Москва"

9-я Международная специализированная Выставка "Аналитика Экспо-2011" (A-TESTex)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о присвоении Знака качества

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ



Средство измерений

Дозатор лабораторный механический многоканальный переменного объема Acura manual 855 производства Socorex Isba S.A., Швейцария, дистрибьютор ЗАО "Даниес", г. Москва

аттестовано на Знак качества по результатам экспертной оценки функциональных и метрологических характеристик, приведенных в приложении к настоящему Свидетельству

Председатель Конкурсной комиссии, Генеральный директор ФГУ "Ростест - Москва"  В.Н. Бас

Ростест МОСКВА

Реестровый №: 02-31-012
Дата выдачи: 26 апреля 2011 г. Действительно до 25 апреля 2013 г.

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31

т о ч н о с т ь р о ж д а е т к а ч е с т в о т о ч н о с т ь р о ж д а е т к а ч е с т в о т о ч н о с т ь р о ж д а е т к а ч е с т в о т о ч н о с т ь р о ж д а е т к а ч е с т в о т о ч н о с т ь р о ж д а е т к а ч е с т в о

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о присвоении Знака качества
ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ



Средство измерений

Дозатор лабораторный механический многоканальный переменного объема Acura manual 855 производства Socorex Isba S.A., Швейцария, дистрибьютор ЗАО "Даниес", г. Москва аттестовано на Знак качества в номинации "Лабораторное оборудование"

на основании экспертной оценки следующих функциональных и метрологических характеристик:

- Автоклавирование при 121°C в полностью собранном виде
- Простая и высокоточная система пользовательской калибровки Swift-set
- Запатентованная система сброса наконечников Justip
- Наличие функции измерения неизвестного объема
- Точная и быстрая настройка благодаря встроенной микрометрической системе

Руководитель Экспертной группы, Заместитель Генерального директора ФГУ "Ростест - Москва"  А.С. Евдокимов

Эксперт  В.П. Пружина

Ростест МОСКВА

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31